

Số: 403 /BC - BVRHM

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

V/v Phản ánh của công dân trên ứng dụng Hue S.

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế nhận được phản ánh số 090523024 ngày 09 tháng 05 năm 2023 trên ứng dụng Đô thị thông minh Hue S về việc hệ thống máy móc gây ồn ào. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế kính báo cáo trả lời như sau:

- Hệ thống máy nén khí phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện gây tiếng ồn đã tồn tại trong nhiều năm.

- Tháng 7 năm 2022 Hệ thống máy nén khí không gây tiếng ồn của bệnh viện đã được đầu tư nâng cấp theo hợp đồng số 17/2021/HĐKT ngày 24/12/2021 đã ký giữa Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC và Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình y tế với Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

- Vào ngày 24 tháng 4 năm 2023 Hệ thống máy nén mới được trang bị gặp sự cố và đang trong thời gian bảo hành nên Bệnh viện đã cho chạy hệ thống máy nén cũ (dự phòng) để phục vụ tạm thời công tác khám chữa bệnh gây tiếng ồn.

- Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế xác nhận việc hệ thống máy nén gây tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Bệnh viện đã có công văn gửi nhà cung cấp và được thông báo là sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 15 tháng 5 năm 2023.

- Trong lúc chờ đợi nhà cung cấp khắc phục sự cố, bệnh viện cam kết:

1. Liên hệ nhà cung cấp khắc phục sớm nhất hệ thống khí nén không gây tiếng ồn.
2. Bệnh viện sẽ lập phương án để vận chuyển hệ thống khí nén dự phòng sang vị trí khác tránh gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Bệnh viện xin cam kết khắc phục việc gây tiếng ồn trước ngày 15 tháng 05 năm 2023 và Kính mong người dân thông cảm

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế, kính báo cáo Sở Y Tế tỉnh Thừa Thiên Huế biết để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐBV;
- Lưu: VT, TCHCKT.



Lê Đức Thịnh